

LABORATUVAR HATALARI (LHSS) BİLDİRİM FORMU

KOD:İO.FR.04

YAYIN TARİHİ:01.04.2020

REV. TARİHİ:01.01.2023

REV. NO:02

SAYFA:1/2

GİZLİLİK TALEBİ VAR MI * ?

EVET

HAYIR

Hayır ise Adı Soyadı

Çalıştığı Birim

İLGİLİ SÜREÇ

Preanalitik(PR)

Analitik(AN)

Postanalitik(PO)

YER

Ana parametre	Birincil Kod		Ana parametre	Birincil Kod	
Klinik	KL		Kan Alma Ünitesi	KA	
Yoğun Bakım Ünitesi	YB		Numune Kabul Birimi	NK	
Acil Servis	AS		Laboratuvar	LA	
Poliklinik	PL		Diğer	DG	
Ameliyathane	AY				

KİŞİ

Ana parametre	Birincil Kod		Ana parametre	Birincil Kod	
Doktor	DR		Diğer Personel	DP	
Hemşire	HM		Hasta	HS	
Stajyer	ST		Hasta Yakını	HY	
Teknisyen	TE		Bilinmiyor	BM	
Tıbbi Sekreter	TS				
Transfer Elemanı	TR				

HATA ZAMANI

Ana parametre	Birincil Kod		Ana parametre	Birincil Kod	
00:00-04:00	Z1		16:00-20:00	Z5	
04:00-08:00	Z2		20:00-23:59	Z6	
08:00-12:00	Z3		Bilinmiyor	BM	
12:00-16:00	Z4				

LABORATUVAR HATALARI (LHSS) BİLDİRİM FORMU

KOD:İO.FR.04

YAYIN TARİHİ:01.04.2020

REV. TARİHİ:01.01.2023

REV. NO:02

SAYFA:2/2

HATALI İŞLEM

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
Hatalı test istemi	L01	Miadı geçmiş malzeme tespiti	L31
Test isteminde eksik/yanlış bilgi	L02	İsteği yapılan malzeme/kit gelmemesi	L32
Patoloji istek formunun düzenlenmemesi	L03	Yanlış malzeme /kit gelmesi	L33
Kayıtsız numune	L04	Malzeme transferinin uygun şartlarda yapılmaması	L34
Hatalı kayıt	L05	Malzemenin uygun koşullarda saklanmaması	L35
Yanlış hastadan numune alınması	L06	Laboratuvar ortam ısısının uygunsuzluğu	L36
Hatalı kimliklendirilmiş numune	L07	Cihaz bakımlarının yapılmaması	L37
Kayıbolan numune	L08	Besiyerinin uygun hazırlanmaması	L38
Tekrar alınan numune	L09	Cihaz arızası	L39
Hatalı numune kabı/tüpü	L10	Cihaz pipetasyon hatası	L40
Boş numune kabı/tüpü (içinde numune yok)	L11	Numunenin yetersiz homojenizasyonu	L41
Son kullanma tarihi geçmiş tüplere numune alınması	L12	Test çalışma prosedürlerine uyulmaması	L42
Barkodsuz numune	L13	Ekim hataları	L43
Hastadan numune alınmaması nedeni ile kayıtlı hatalı edilmesi	L14	Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk	L44
Uygunsuz alınmış numune	L15	Uygunsuz kalite kontrol sonucu ile çalışılması	L45
Yetersiz numune	L16	İç kalite kontrol çalışılmaması	L46
Hemolizli numune	L17	Uygunsuz inkübasyon sıcaklığı	L47
Pıhtılı numune	L18	Uygunsuz inkübasyon süresi	L48
Lipemik numune	L19	Uygunsuz boyama tekniği	L49
İkterik numune	L20	Uygunsuz dilüsyon	L50
Numunenin fiksatif içinde gönderilmemesi	L21	Uygunsuz solüsyon kullanılması	L51
Numune alma zamanının kaydedilmemesi	L22	Sonucun yanlış değerlendirilmesi	L52
Laboratuvara teslim edilmeyen numune	L23	Hatalı teknik onay	L53
Uygunsuz transfer koşulları	L24	Sonuçların sisteme hatalı girilmesi	L54
Belirlenen maksimum numune transfer süresinin aşılmaması	L25	Hatalı rapor	L55
Numunelerin karışması	L26	Hasta raporlarının kaybedilmesi	L56
Reddedilmesi gereken numunenin kabulü	L27	Zamanında verilmeyen sonuç	L57
Otomasyon arızası	L28	Panik değer geç bildirilmesi	L58
Uygunsuz saklanmış numune	L29	Diğer	L59
Miadı geçmiş kit tespiti	L30		

OLAYIN ANLATILMASI* :

OLAYA İLİŞKİN VARSA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER (iyileştirme çalışmalarında öneri ve görüşleriniz dikkate)

İOBS KODU: